

Thermal Cycler Dice の購入にかかる
入札仕様書

令和4年8月

公立大学法人滋賀県立大学

(1) Thermal Cycler Dice 購入の仕様

メーカー	: タカラバイオ株式会社
規格	: Thermal Cycler Dice Real Time System III with PC/MRQ
数量	: 1 台
外形寸法 (mm)	: 290 (W) × 575 (D) × 360 (H)
重量	: 16.1 kg
定格電源電圧	: AC100~240V、50/60Hz、750VA
加熱冷却方式	: ペルチェ素子
蛍光励起光源	: LED
最大加熱速度	: 5.0°C/秒
最大冷却速度	: 4.0°C/秒
温度測定範囲	: 10.0~99.9°C (0.1°C単位)
温度精度	: 94°C設定/55°C設定で±0.5°C
蛍光検出法	: CCD カメラ
搭載フィルター	: 2 種 FAM , ROX/Texas Red
融解曲線分析	: 可能
サンプル容器、容量	: 0.1ml チューブ、96 穴プレート
反応液量	: 推奨 25 μ l (最大 50 μ l)
タッチパネル	: 7 インチ液晶タッチパネル

(2) 同等品による入札の可否 否

(3) 納入期限 令和4年9月30日(金)

(4) 納入場所 B 6 棟 3 階 3 0 4 室

(5) その他 入札金額 (合計) は、搬入・設置等にかかる各種諸経費を含むこと。